

# MRI検査に関する注意事項

## ～お化粧品・カラーコンタクト・保温下着～

### ■お化粧品・UVケア用品・ネイルについて

- ◇ お化粧品(マスカラ、アイシャドー、アイライン、眉毛)は場合により、皮膚に炎症を起こすことがありますので、**お化粧品落としてから**来院・検査をお願いします。
- ◇ **UVケア用品**は一部に紫外線を反射させる酸化亜鉛・酸化チタンを含む素材が特定できない場合が多いため、**事前に除去してから**来院・検査をお願いします。
- ◇ **デオドラント・制汗剤**は含有の銀が熱伝導性が高いため、可能な限り拭き取ってから来院・検査をお願いします。
- ◇ **ネイル(マグネットネイル・ジェルネイル)**も鉄粉やチタン・クロム等の金属が含まれている場合がありますので**事前に除去してから**来院・検査をお願いします。

### ■カラーコンタクトについて

カラーコンタクトレンズの着色部には、着色剤に酸化鉄や酸化チタンなどの金属が使用されていることが多く、これらの金属がMRI検査時に発せられる磁気に反応して熱を帯び、目に影響を及ぼす可能性があります。**正確な画像が得られない・目に影響を及ぼす危険性がありますので事前に外すまたは検査前に必ず外して検査をお願いします。**

### ■保温下着などについて

ユニクロのヒートテックに代表されるような吸着発熱素材が使用された下着類は、汗をかくと放散させることなく衣服に吸水します。通常の衣服より湿りますので磁場の中の電波によって誘導電流が流れやすく、やけどが起こりやすく可能性があります。

**検査時は着用できませんので**来院される時は服装や防寒下着などにご注意ください。



MRI検査の注意事項についてご不明な点がございましたら  
お手数ですが病院までご連絡をお願いいたします。

## Tel.0798-33-0601

外来受付

午前 8:00～11:30

午後 12:30～16:30