

MRI検査に関する注意事項

【ご注意ください】

- ◇ MRI検査は磁場を用いて体内の特定部位の水素原子からの情報をもとにして画像化するという検査です。この検査は少し時間がかかりますのでご承知おきください。
- ◇ お化粧品(マスカラ、アイシャドー、アイライン)は場合により、皮膚に炎症を起こすことがありますので、あらかじめお化粧品落としをお願いします。
ネイル(マグネットネイル・ジェルネイル)も鉄粉やチタン・クロム等の金属が含まれている場合がありますので事前に除去をお願いします。

■次に該当する方、装着品は原則禁忌です。必ず主治医に申し出てください。

- ◇ 心臓ペースメーカー、徐細動器、人工内耳、神経刺激器、圧可変式バルブシャント、磁石部分が脱着不能な義歯、義眼(眼球内金属、その付近の金属)を装着されている方
破損などの恐れがありますので、MRI検査を受けることはできません。
- ◇ 皮下や体内の異物が、材質不明の場合。
- ◇ 補聴器、カラーコンタクト、経皮吸収貼付剤(ニコチネル、ニトロダーム等)は検査前にはずしてください。

■次に該当する方は受けられない場合があります。事前に医師とご相談ください。

- ① 今までに手術歴があり、下記が体内にある方
脳動脈瘤止血クリップ、コイル・ステント(術後8週内)、人工骨頭・関節、ボルト固定、プレート、ワイヤー、巻き爪補正金属
(近年はMRI対応可能な安全材質に変わりましたが古い材質の中には強磁性体や金属が発熱する可能性があります)
- ② 義歯インプラント (磁石埋込式をされている方は磁力低下の恐れがあります)
歯列矯正ブリッジ (熱をもつ可能性、ワイヤーが歪んだりする可能性があります)
※事前に歯科医師にMRI対応かご確認ください。
- ③ 現在、妊娠しているまた可能性がある方
- ④ 入れ墨(眉や体)をされている方 ※まれに変色や炎症を起すことがあります。
- ⑤ 閉所恐怖症の方

以下の所持品を検査室に持ち込むと故障または検査に影響を及ぼす可能性があります。あらかじめ持参しないまたは持ち込む際には注意いただきますようご協力ねがいます。

- 磁気カード類(キャッシュカード、診察券、定期券等)
- 時計、補聴器、携帯電話、その他の電子機器類等
- 眼鏡、入れ歯、小銭、ライター、鍵
- ヘアピン、ネックレス、イヤリングなどのアクセサリー類
- エレキバン、カイロ、ホックやチャック等の金属片

※時間通り検査が開始できるよう努めておりますが、急患や急変などの対応により開始予定が遅れてしまう場合があります。ご理解いただきますようご協力ねがいます。

MRI検査に関する注意事項

～お化粧品・カラーコンタクト・保温下着～

■お化粧品・UVケア用品・ネイルについて

- ◇ お化粧品(マスカラ、アイシャドー、アイライン、眉毛)は場合により、皮膚に炎症を起こすことがありますので、お化粧品落としてから来院・検査をお願いします。
- ◇ UVケア用品は一部に紫外線を反射させる酸化亜鉛・酸化チタンを含む素材が特定できない場合が多いため、事前に除去してから来院・検査をお願いします。
- ◇ デオドラント・制汗剤は含有の銀が熱伝導性が高いため、可能な限り拭き取ってから来院・検査をお願いします。
- ◇ ネイル(マグネットネイル・ジェルネイル)も鉄粉やチタン・クロム等の金属が含まれている場合がありますので事前に除去してから来院・検査をお願いします。

■カラーコンタクトについて

カラーコンタクトレンズの着色部には、着色剤に酸化鉄や酸化チタンなどの金属が使用されていることが多く、これらの金属がMRI検査時に発せられる磁気に反応して熱を帯び、目に影響を及ぼす可能性があります。正確な画像が得られない・目に影響を及ぼす危険性がありますので事前に外すまたは検査前に必ず外して検査をお願いします。

■保温下着などについて

ユニクロのヒートテックに代表されるような吸着発熱素材が使用された下着類は、汗をかくと放散させることなく衣服に吸水します。通常の下着より湿りますので磁場の中の電波によって誘導電流が流れやすく、やけどが起こりやすく可能性があります。

検査時は着用できませんので来院される時は服装や防寒下着などにご注意ください。



MRI検査の注意事項についてご不明な点がございましたらお手数ですが病院までご連絡をお願いいたします。

Tel.0798-33-0601

外来受付

午前 8:00～11:30

午後 12:30～16:30